



Directora do Hospital da Mariña

Segundo a información da que dispoñemos existe unha **alerta sanitaria**, para proceder á retirada inmediata de todas as mascarar **“PRESURGY: KN95/FFP2 SHUYIAN”**, máscaras que non cumpren os requisitos FFP2 e que foron distribuídas en diversos centros da rede SERGAS, polo que o persoal estivo sometido a un posíbel contaxio, cunha falsa protección.

Ante esta situación, desde CIG-SAÚDE exiximos:

- Que se proceda á inmediata retirada deste material.
- Que se identifique a todo o persoal que estivo en exposición de risco, cunha falsa protección, e se proceda de inmediato á realización do test que corresponda.

Agardamos que se tomen estas medidas coa maior dilixencia posíbel.

Atentamente.

Burela a 6 de maio de 2020



Bouza Casanova, Juan Carlos
Delegado de Prevención CIG Saúde A Mariña

